



Szanowni Klienci,

W celu prawidłowej oceny wiarygodności wyników uzyskiwanych w programie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości realizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, prosimy o zwrócenie uwagi na prawidłową klasyfikację odczynnika do oznaczania stężenia frakcji HDL cholesterolu przy użyciu zestawu HDL DIRECT II GENERACJI produkcji firmy PZ Cormay S.A.

Kod metody dla odczynnika HDL DIRECT II GENERACJI to metoda **numer 7**.
Prawidłowy opis metody to: **metoda bezpośrednia z syntetycznym polimerem i detergentem (met. SPD-Daiichi)**.

Dodatkowo prosimy o naniesienie w formularzach COBJwDL adnotacji, że używany odczynnik jest **II GENERACJI**.

Z poważaniem

Marzena Gałczyńska
Product Manager ds. Biochemii

W razie pytań jestem do dyspozycji:

tel.: 81 749 44 60

e-mail: mgalczynska@cormay.pl

tel. kom.: 661 551 196